

南京攀事达电子仪器有限公司

出厂检验报告

检品名称	电解质分析仪配套参比液 (离子选择电极法)	检品批号	160001
取样量	3 个	本批数量	100
规格型号	FT330 试剂包	生产日期	2024. 11. 01
检验日期	2024. 11. 01		

检验依据：电解质分析仪配套参比液产品技术要求

检验项目	技术要求	检验结果
准确度	K^+ : $B \leq 3.0\%$ Na^+ : $B \leq 3.0\%$ Cl^- : $B \leq 3.0\%$ Ca^{2+} : $B \leq 5.0\%$ Li^+ : $B \leq 5.0\%$	K^+ : 0~0.50 % Na^+ : 0.77~1.03 % Cl^- : 0.09~0.27 % Ca^{2+} : 0.98 % Li^+ : 0.49~0.98 %
批内精密度	K^+ : $CV \leq 1.0\%$ Na^+ : $CV \leq 1.0\%$ Cl^- : $CV \leq 1.0\%$ Ca^{2+} : $CV \leq 1.5\%$ Li^+ : $CV \leq 1.5\%$ pH: $CV \leq 1.0\%$	K^+ : 0.12~0.26 % Na^+ : 0.08~0.12 % Cl^- : 0.12~0.25 % Ca^{2+} : 0.42~0.41 % Li^+ : 0.51~0.90 % pH: 0.07~0.19 %
外观	封装应紧密, 不应发生渗漏现象; 溶液应无色透明, 不应出现明显 浑浊和产生絮状沉淀。标识和标 签应规范	封装紧密, 无渗漏现象; 溶液无色透 明, 无明显浑浊和絮状沉淀。标识和 标签规范
装量	不少于标示量的 95%	103 %

检验结论：本品按电解质分析仪配套参比液产品技术要求检验，结果符合规定。

检验人: 张朝

复核人: 李

批准人: 李莉